

2.9.2020

Laboratorio on vastannut virheellisen korkeita S –TSHRAb- tuloksia ajalla 27. – 31.8.2020. Virheelliset tulokset on korvattu korjatuilla tuloksilla 1.9.2020.

Tämä tiedote koskee kaikkia NordLabin asiakkaita.

TSH-reseptori, vasta-aineet, seerumista

S –TSHRAb KL 4965

**Muutos tulee
voimaan**

Heti

**Muutoksen
kuvaus**

Laboratorio on vastannut ajalla 27. – 31.8.2020 väärää matalia positiivisia TSHRAb- tuloksia. Asia huomattiin 31.8.2020 iltapäivällä ja syyksi paljastui reagenssiongelman laitteella.

Vika korjattiin ja 27. – 31.8.2020 tehdyt näytteet analysoitiin uudelleen 1.9.2020. Uudet tulokset ovat korvanneet tietojärjestelmissä alkuperäiset, virheelliset tulokset.

Pyydämme varmistamaan tietojärjestelmästäne potilaan oikean S – TSHRAb- tuloksen ennen hoitopäätöstä.

Pahoittelemme tapahtunutta.

**Tiedusteluihin
vastaavat**

Professori, ylilääkäri Olli Vuolteenaho, 040 6356423,
olli.vuolteenaho@nordlab.fi

Sairaalakemisti Sinikka Liimatainen, 040 6356285,
sinikka.liimatainen@nordlab.fi

Tuija Männistö
Johtava lääkäri

Jakelu

NordLabin asiakkaat