

Tutkimuksen P -Krea tulokset mahdollisesti hieman liian korkeita NordLab Kemin aluelaboratoriossa 7.10.2020

Tämä tiedote koskee NordLab Kemin aluelaboratorion asiakkaita.

Kreatiniini, plasmasta**P -Krea, nro 4600**

Tutkimuksen P -Krea tulokset määritettynä NordLab Kemin aluelaboratoriossa ajalla 7.10.2020 klo 8-14 ovat mahdollisesti noin 9% liian korkeita. Kliinistä merkitystä tuloksilla voi olla viitealueen rajalla sekä määritettäessä potilaan estimoitua glomerulusten suodatusnopeutta (GFR). Mikäli tulokset eivät sovi potilaan kliiniseen kuvaan, suosittelemme uutta näytettä sekä tuloksen toistamista.

**Tiedusteluihin
vastaavat** sairaalakemisti Nina Matinlassi, p. 040 6356407,
nina.matinlassi@nordlab.fi

Jaana Ikonen
NordLab Kemi / aluelaboratorion johtaja

Jakelu NordLab Kemin aluelaboratorion asiakkaat